

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 71 DEL D.LGS. 36/2023 E SM.I.,
PER LA FORNITURA MULTILOTTO DI ECOTOMOGRafi DI ALTA FASCIA COMPRENSIVA DI
MANUTENZIONE FULL-RISK DI 12 MESI**

Preg.mi Operatori Economici, di seguito si riportano le domande pervenute attraverso la funzione “comunicazioni della procedura” della piattaforma Sintel e ***le relative risposte che costituiscono parte integrante e sostanziale della documentazione di gara:***

DOMANDA N.1:

Relativamente alle caratteristiche di minima LOTTO 1: N. 1 ECOGRAFO GINECOLOGICO DI ALTA FASCIA PER OSTETRICIA E GINECOLOGIA, al punto “almeno 4 traduttori collegabili contemporaneamente con possibilità di supportare sonde convex, microconvex, phased array settoriali, lineari, transesofagee e volumetriche;” si richiede se la specifica “transesofagee”, vista la destinazione d’uso sia da considerarsi un refuso.

RISPOSTA N.1:

L'Indicazione “almeno 4 traduttori collegabili contemporaneamente con possibilità di supportare sonde convex, microconvex, phased array settoriali, lineari, transesofagee e volumetriche;” è una frase standard che inseriamo in tutte le forniture. Per ogni lotto considerare solo le sonde specifiche per la destinazione d'uso e quelle richieste come opzionali

DOMANDA N.2:

Al punto “UPS integrato per garantire il termine dell’esame e salvataggio dello stesso in caso di mancanza di corrente - Si richiede al fine di una più ampia partecipazione di accettare soluzioni con UPS non integrato, vista la finalità funzionale della richiesta che mira al salvataggio dell’esame in corso in caso di interruzione di corrente.

RISPOSTA N.2:

Si conferma che si ritiene equivalente anche un UPS esterno

DOMANDA N.3:

Al punto “scansione avanzata del cuore fetale;” Si richiede di specificare se debba essere inteso come acquisizione Cardio STIC o similare

RISPOSTA N.3:

Si conferma la richiesta di avere in dotazione la possibilità di fare una scansione avanzata del cuore fetale, si lascia all'operatore economico la scelta di offrire quanto ritenuto idoneo e presente nella propria dotazione

DOMANDA N.4:

Relativamente alle caratteristiche di minima LOTTO 2: N. 1 ECOGRAFO CARDIOLOGICO DI ALTA FASCIA PER TERAPIA INTENSIVA E N. 1 ECOGRAFO CARDIOLOGICO PORTATILE E SONDA WIRELESS PER TERAPIA SUBINTENSIVA, al punto “Caratteristiche minime dell’ecografo cardiologico portatile per Terapia Subintensiva - L’ecografo per Terapia Subintensiva cardiologico portatile, oggetto del lotto n. 2, deve possedere le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali di minima:” Si richiede di confermare se l’ecografo, in quanto portatile, sia da intendersi come utilizzabile sconsnesso da carrello.

RISPOSTA N.4:

In relazione al quesito si lascia all'operatore economico fornire quanto ritenuto congruo con la richiesta indicata in capitolato

DOMANDA N.5:

Al punto “dotato di pacchetto software e hardware per la connessione di sonde intracardiache necessarie per l'utilizzo dell'apparecchiatura anche durante procedure di elettrofisiologia;”
Si chiede di confermare se il modulo deve essere compreso nella fornitura.

RISPOSTA N.5:

Si conferma quanto indicato in capitolato ossia che l'ecografo deve essere dotato, e quindi compreso in fornitura, del pacchetto software e hardware necessari per la procedura di elettrofisiologia e di qualsiasi altro accessorio specifico serva

DOMANDA N.6:

LOTTO 3: N. 1 ECOGRAFO DI ALTA FASCIA PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA - Caratteristiche minime dell'ecografo - almeno 4 trasduttori collegabili contemporaneamente con possibilità di supportare sonde convex, microconvex, phased array settoriali, lineari, transesofagee e volumetriche; Si richiede se la specifica transesofagee, vista la destinazione d'uso sia da considerarsi un refuso.

RISPOSTA N.6:

L'Indicazione “almeno 4 traduttori collegabili contemporaneamente con possibilità di supportare sonde convex, microconvex, phased array settoriali, lineari, transesofagee e volumetriche;” è una frase standard che inseriamo in tutte le forniture. Per ogni lotto considerare solo le sonde specifiche per la destinazione d'uso e quelle richieste come opzionali

DOMANDA N.7:

Relativamente al File Questionario tecnico “Qe_Ecografo” relativa a LOTTO 2 LOTTO 2: Ecografi per Terapia Intensiva - Cardiologia e per Subintensiva

Nella sezione “Ecografo Terapia Subintensiva cardiologico” Punto 16 Monitor digitale di almeno 15" orientabile e ad altezza regolabile [SI/NO, specificare pollici] Si richiede se l'indicazione “ad altezza regolabile” sia un refuso poiché non presente nelle caratteristiche di minima e non applicabile ad un sistema portatile

RISPOSTA N.7:

Il questionario non detta i requisiti minimi, che sono indicati nel capitolato, ma riporta delle domande a cui si chiede di rispondere.

DOMANDA N.8:

Punto 17 Display secondario per ottimizzazione del work flow touch screen di almeno 12" [SI/NO, specificare pollici] - Si richiede se tale punto sia un refuso poiché non presente nelle caratteristiche di minimaome refuso

RISPOSTA N.8:

Il questionario non detta i requisiti minimi, che sono indicati nel capitolato, ma riporta delle domande a cui si chiede di rispondere.

DOMANDA N.9:

Punto 43 Possibilità di utilizzare la sonda phased array transtoracica anche sull'ecografo di alta fascia [SI, NO] - Si richiede se non si volesse indicare la possibilità di condividere il trasduttore Transesofageo e non transtoracico con il sistema di alta fascia, Poiché richiesta consueta di condivisione dei trasduttori specialistici economicamente più impegnativi e di utilizzo meno routinario.

RISPOSTA N.9:

Il questionario non detta i requisiti minimi, che sono indicati nel capitolato, ma riporta delle domande a cui si chiede di rispondere.

DOMANDA N.10:

Relativamente ai punti 15 dei due sistemi che indicano “Ecografo completamente digitale, altissime prestazioni e destinato ad applicazioni ostetriche ginecologiche [SI/NO]” si richiede se l’indicazione ad applicazioni Ostetrico Ginecologiche sia da intendersi come refuso poiché l’indicazione è cardiologica.

RISPOSTA N.10:

Si conferma che l’indicazione Ostetrico Ginecologiche è un refuso e pertanto deve intendersi indicazione cardiologica.

DOMANDA N. 11

Con rRif. Disciplinare, art. 15.1 Si chiede di confermare che il bollo possa essere assolto mediante una Dichiarazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona avente i poteri di impegnare la ditta o in possesso di Procura, di autorizzazione all’assolvimento virtuale dell’imposta di bollo ai sensi dell’art.15 del DPR 642/1972 con estremi della relativa autorizzazione.

RISPOSTA N.11

Si conferma.

DOMANDA N. 12

Rif. Disciplinare, art. 14.1 Tutta la documentazione viene richiesta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, corredata da traduzione in lingua italiana. Si chiede di confermare che alcuni documenti che per loro natura sono spesso redatti in lingua diversa dall’italiano (marchi CE, certificazioni di qualità, DICOM Conformance Statement, IHE, checklist, pubblicazioni scientifiche ecc.) possano essere prodotti nella lingua originale.

RISPOSTA N. 12

Si conferma.

DOMANDA N. 13

Rif. Disciplinare, art. 16 Si chiede di confermare che i punti:

14) Dichiarazione attestante la composizione del Direttivo costituito per la maggioranza da giovani tra i diciotto e i trentacinque anni, ove presente;

15) Dichiarazione attestante la presenza nell’organico aziendale di persone con disabilità in quota eccedente l’obbligo minimo di legge, ove presente richiesti nella documentazione tecnica non siano obbligatori, ma unicamente premiali.

RISPOSTA N. 13

Si conferma, come peraltro disciplinato all'art. 20.1 "Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica" del Disciplinare di Gara

DOMANDA N.14:

Si chiede di voler concedere una proroga del termine ultimo di presentazione offerta di almeno di due settimane per poter concedere un progetto di offerta consono alle Vs richieste ed esigenze stante la complessità della gara e la suddivisione in Lotti.

RISPOSTA N.14:

Si confermano i termini di presentazione offerta già stabiliti negli atti di gara e dal bando.

Vizzolo Predabissi, 09/10/2025

Responsabile Unico del Progetto
Direttore S.C. Gestione Acquisti
(Dott.ssa Anna De Berti)
*(Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445 del D.Lgs. 7 marzo
2005 n. 82 e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma
autografa)*

Pratica trattata da: Marco Contino – Tel. 02/98052674 – e-mail: [marco.contino@asst-melegnano-
martesana.it](mailto:marco.contino@asst-melegnano-martesana.it)