



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 525 DEL 04/07/2025

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO SPECIFICO A VALERE SULL'ACCORDO QUADRO ARIA_2022_013 AGGIUDICATO DA ARIA SPA, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, LETT. C), DEL D.LGS. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SISTEMI DI CHIRURGIA ROBOTICA VIDEO LAPAROSCOPICA E SERVIZI CONNESSI PER UN PERIODO DI 60 MESI. OPERATORE ECONOMICO AB MEDICA S.P.A.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA ROBERTA LABANCA

**SU PROPOSTA DEL DIRETTORE
S.C. GESTIONE ACQUISTI**

accertata la competenza procedurale, sottopone l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato attestando la legittimità e la regolarità tecnico amministrativa della stessa

Il Direttore
S.C. GESTIONE ACQUISTI
Dott.ssa Anna De Berti

IL DIRETTORE S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

ha verificato che le risorse derivanti dall'adozione del presente provvedimento, pari ad € 6.114.808,36 IVA compresa, sono rese disponibili sui competenti Bilanci d'Esercizio, come di seguito precisato:

BILANCIO SAN conto C190022000-ING noleggio comprensivo dei costi per la sicurezza

ANNO 2025 € 122.805,20 IVA compresa, aut. n. 2025005508 (pluriennale)

ANNO 2026 € 366.000,00 IVA compresa;

ANNO 2027 € 366.000,00 IVA compresa;

ANNO 2028 € 366.000,00 IVA compresa;

ANNO 2029 € 366.000,00 IVA compresa;

ANNO 2030 € 244.000,00 IVA compresa;

BILANCIO SAN Conto C140020000-ING Manutenzione

ANNO 2025 € 48.800,00 IVA compresa, aut. n. 2025005509 (pluriennale)

ANNO 2026 € 146.400,00 IVA compresa;

ANNO 2027 € 146.400,00 IVA compresa;

ANNO 2028 € 146.400,00 IVA compresa;

ANNO 2029 € 146.400,00 IVA compresa;

ANNO 2030 € 97.600,00 IVA compresa;

BILANCIO FAR – SAN

CONTO C120016400-SAN

ANNO 2025 EURO 236.800,24 IVA compresa AUT. 2025005496

ANNO 2026 EURO 710.400,63 IVA compresa;



ANNO 2027 EURO 710.400,63 IVA compresa;
ANNO 2028 EURO 710.400,63 IVA compresa;
ANNO 2029 EURO 710.400,63 IVA compresa;
ANNO 2030 EURO 473.600,39 IVA compresa;

Il Direttore S.C. Bilancio, Programmazione
Finanziaria e Contabilità
Dott. Paolo Moneta

Vista la legittimità del presente atto.

Il Direttore
S.C. Affari Generali e Legali
Avv. Alessandra Getti



IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., recante norme per il riordino della disciplina in materia sanitaria;
- la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 avente ad oggetto: “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;
- la DGR n. X/4479 del 10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015 - costituzione dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana”;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 955 del 20.10.2022 ad oggetto “Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022 – 2024 dell’ASST Melegnano e della Martesana. Assetto Organizzativo afferente alla Direzione Generale e alla Direzione Amministrativa”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 02/01/2024, con la quale è stato disposto l’insediamento del Direttore Generale dell’ASST Melegnano e della Martesana, Dott.ssa Roberta Labanca, nominata con D.G.R. n. XII/1633 del 21/12/2023, con decorrenza dal 01/01/2024;
- la Deliberazione n. 1105 del 28/11/2024 avente ad oggetto "Presenza d'atto della DGR n. XII/3412 recante: Aggiornamento del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022/2024 dell'ASST Melegnano e della Martesana "
- la DGR n. XII/3720 del 30/12/2024 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l’anno 2025 (di concerto con il Vicepresidente Alparone e gli Assessori Lucchini e Fermi)”;
- la Deliberazione n. 217 del 20/03/2025 con cui è stato conferito al Dirigente amministrativo Dott.ssa Anna De Berti l’incarico di supplenza di Direttore della Struttura Complessa “Gestione Acquisti”, a decorrere dalla data di adozione della deliberazione medesima e sino al permanere delle esigenze organizzative aziendali ed all’assenza del titolare dell’incarico;

VISTI:

- la L.R. 28 dicembre 2007, n. 33, con cui la Regione Lombardia ha costituito, in attuazione del comma 455 dell’art. 1 della L. n. 296/2007, la Centrale Regionale Acquisti che opera quale centrale di committenza di cui all’art. 37 del Decreto Legislativo n. 18 aprile 2016, n. 50, e provvede, tra l’altro, sulla base della programmazione regionale degli acquisti e con riferimento alle esigenze degli enti di cui all’art.1 della L.R. n.30/2006, a stipulare Convenzioni di cui all’art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488, con le quali le imprese aggiudicatrici si obbligano ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima stabilita in ciascuna Convenzione ai prezzi e alle condizioni ivi previsti, Ordinatori di Fornitura (OdF) emessi dai soggetti dalle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di Stabilità 2016) con la quale viene rafforzato l’obbligo per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di “approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario - come individuate dal D.P.C.M. di cui all’ art. 9, comma 3, del Decreto Legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014 - avvalendosi esclusivamente delle centrali regionali di riferimento, ovvero della Consip S.p.A.”;
- i D.P.C.M. 24 dicembre 2015 e 11 luglio 2018 che hanno individuato le categorie merceologiche, e relative soglie, per le quali sussiste l’obbligo richiamato al precedente capoverso;

PREMESSO che il Direttore della S.C. proponente attesta la legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento e riferisce in merito ai presupposti a fondamento dell’adozione del presente provvedimento, come specificatamente di seguito argomentato;



ATTESO che ARIA S.p.A. in qualità di Stazione Appaltante ha espletato la procedura di gara ARIA 2022_013 “Procedura aperta monolotto ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per la conclusione di un accordo quadro ex art. 54, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di sistemi di chirurgia robotica video laparoscopica e servizi connessi”, aggiudicata con determinazione n. 76 del 27/01/2023, secondo la seguente graduatoria:

Operatore economico	Valore complessivo offerto	Punteggio tecnico	Punteggio economico	Punteggio totale	Posizione in graduatoria e aggiudicazione
Carlo Bianchi Srl	€ 116.131.825,80	50,55	24,70	75,25	I – Aggiudicatario AQ
AB Medica Spa	€ 133.986.870,14	54,36	20,05	74,41	II – Aggiudicatario AQ
Medtronic Italia Spa	€ 124.908.075,00	47,26	19,87	67,13	III – Aggiudicatario AQ

RICHIAMATA integralmente la Deliberazione del Direttore Generale n. 369 del 16/05/2025, con la quale è stato indetto l’appalto specifico a valere sull’Accordo Quadro ARIA_2022_013, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. c), del d.lgs. 50/2016, avente ad oggetto la fornitura di sistemi di chirurgia robotica video laparoscopica e servizi connessi per un periodo di 60 mesi, invitando a presentare offerta gli operatori economici valutati idonei in base all’Accordo Quadro aggiudicato da ARIA S.p.A. per un importo a base d’asta, al netto dei costi per la sicurezza, pari ad € 5.060.392,30 I.V.A. 22% esclusa, calcolato, come espressamente indicato nell’Accordo Quadro, utilizzando il maggior prezzo unitario offerto tra tutti gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro stesso, come di seguito meglio dettagliato:

(A) Oggetto dell’Appalto Specifico	(B) N.	(C) Unità di misura	(D) Base d’asta unitaria comprensiva, ove previsto, dei costi della manodopera (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge)	(E) Base d’asta complessiva dei singoli componenti (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge)
n. 1 Sistema di Chirurgia comprensivo dei Servizi Connessi (al netto della manutenzione <i>full risk</i>)	20	Canone trimestrale per il noleggio del Sistema di Chirurgia comprensivo dei Servizi Connessi, per n. 60 mesi	€ 79.000,00	€ 1.580.000,00
Manutenzione <i>full risk</i>	20	Canone trimestrale della manutenzione	€ 31.040,00 €	€ 620.800,00
Materiale di consumo funzionale dell’esecuzione degli interventi (Kit procedurali)	1.250	N. interventi per la totalità delle apparecchiature, per n. 60 mesi	Come da dettaglio riportato nell’allegato “Dettaglio prezzi unitari kit procedurali AS” rispetto ad ogni singolo kit	€ 2.859.592,30
Base d’asta complessiva per 60 mesi I.V.A. esclusa (al netto dei costi della sicurezza complessivi dovuti a rischi da interferenza (non soggetti a ribasso))				€ 5.060.392,30
Costi della sicurezza complessivi dovuti a rischi da interferenza I.V.A. esclusa (non soggetti a ribasso)				€ 660,00
Importo complessivo per 60 mesi I.V.A. esclusa comprensivo dei costi della sicurezza dovuti a rischi da interferenza				€ 5.061.052,30

PRECISATO che:

- a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e ai sensi di quanto disposto all’art. 226, comma 2, lett. a del suddetto Decreto Legislativo “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016



continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia”;

- la procedura di Accordo Quadro, espletata da ARIA S.p.A. in argomento è stata pubblicata in data antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e, pertanto, alla stessa e al discendente appalto specifico si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

DATO ATTO che:

- in data 19/05/2025 si è provveduto a pubblicare la procedura in argomento sulla Piattaforma Telematica regionale SinTel, sul sito internet delle gare online www.ariaspa.it con ID n. 201729777;
- negli atti della procedura era indicato il giorno 10/06/2025 ore 12:00, quale termine perentorio entro cui far pervenire l’offerta corredata dalla relativa documentazione e il giorno 10/06/2025 ore 14:30, quale data dello svolgimento della seduta pubblica di constatazione delle offerte pervenute, di apertura e verifica della documentazione amministrativa;

RILEVATO che in data 30/05/2025 è stata data comunicazione tramite la piattaforma Sintel a tutti gli Operatori economici invitati che, per mero errore materiale, la base d’asta relativa ai kit “altra resezione anteriore del retto (per via addominale o con contemporanea colostomia)”, “Emicolectomia destra”, “Emicolectomia sinistra” e “Gastrectomia parziale con anastomosi digiunale” è stata calcolata, per l’Appalto Specifico, non tenendo conto del maggior prezzo unitario offerto in sede di Accordo Quadro, pertanto, nella medesima data si è proceduto, mediante la funzionalità prevista in Piattaforma Sintel “Modifica base d’asta”, ad allineare le relative basi d’asta con quanto stabilito nell’Accordo Quadro alla composizione dei relativi kit e, contestualmente, sono stati caricati in Piattaforma Sintel gli allegati “All. 4 Dettaglio prezzi unitari AS” e “All. 5 Dettaglio prezzi kit procedurali AS” conseguentemente rettificati da utilizzarsi ai fini della presentazione delle offerte;

PRECISATO che a seguito della rettifica sopra indicata l’importo negoziabile su cui presentare offerta, relativo all’intero periodo contrattuale di 60 mesi, al netto degli oneri per la sicurezza, è pari ad € 5.140.263,75, così suddiviso:

(A) Oggetto dell'Appalto Specifico	(B) N.	(C) Unità di misura	(D) Base d'asta unitaria comprensiva, ove previsto, dei costi della manodopera (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge)	(E) Base d'asta complessiva dei singoli componenti (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge)
n. 1 Sistema di Chirurgia comprensivo dei Servizi Connessi (al netto della manutenzione <i>full risk</i>)	20	Canone trimestrale per il noleggio del Sistema di Chirurgia comprensivo dei Servizi Connessi, per n. 60 mesi	€ 79.000,00	€ 1.580.000,00
Manutenzione <i>full risk</i>	20	Canone trimestrale della manutenzione	€ 31.040,00 €	€ 620.800,00
Materiale di consumo funzionale dell'esecuzione degli interventi (Kit procedurali)	1.250	N. interventi per la totalità delle apparecchiature, per n. 60 mesi	Come da dettaglio riportato nell'allegato "Dettaglio prezzi unitari kit procedurali AS" rispetto ad ogni singolo kit	€ 2.939.463,75
Base d'asta complessiva per 60 mesi I.V.A. esclusa (al netto dei costi della sicurezza complessivi dovuti a rischi da interferenza (non soggetti a ribasso)				€ 5.140.263,75
Costi della sicurezza complessivi dovuti a rischi da interferenza I.V.A. esclusa (non soggetti a ribasso)				€ 660,00



Importo complessivo per 60 mesi I.V.A. esclusa comprensivo dei costi della sicurezza dovuti a rischi da interferenza	€ 5.140.923,75
--	----------------

PRESO ATTO che, entro il predetto termine del 10/06/2025 alle ore 12:00, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici, come si evince dal protocollo informatico della piattaforma regionale Sintel, da cui le stesse risultano validate:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	DATA	STATO OFFERTA
1749482972823	Carlo Bianchi srl 01629650167	Forma singola	lunedì 9 giugno 2025 17.29.32 CEST	Valida
1749482795272	MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 09238800156	Forma singola	lunedì 9 giugno 2025 17.26.35 CEST	Valida
1749476605156	AB MEDICA SPA 08862820969	Forma singola	lunedì 9 giugno 2025 15.43.25 CEST	Valida

RICORDATO che l'Appalto Specifico viene aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016, come stabilito dall'art. 18.2 del Capitolato d'onori dell'Accordo Quadro di ARIA_2022_013 e di seguito indicato:

- qualità: 80 punti, di cui 27 punti tecnici ereditati dalla prima fase di Accordo Quadro, 43 punti tecnici attribuiti *ex novo* in sede di rilancio competitivo come definiti già puntualmente in fase di Accordo Quadro e 10 punti tecnici attribuiti *ex novo* e personalizzabili in fase di rilancio competitivo;
- prezzo: 20 punti;

RICHIAMATA la determinazione n. 833 del 12/06/2025 con la quale è stata nominata, ai sensi degli articoli 77 e 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione tecnico-qualitativa delle offerte tecniche presentate, attraverso l'assegnazione dei punteggi afferenti all'elemento qualità in conformità a quanto previsto nella Documentazione di gara della procedura in oggetto;

ATTESO che, presso gli Uffici della ASST, si sono tenute le sedute, pubbliche e riservate, di esperimento dell'appalto specifico, come di seguito riepilogato:

- in data 10/06/2025 seduta pubblica di constatazione delle offerte pervenute e apertura e verifica delle buste elettroniche contenenti la documentazione amministrativa (verbale del 10/06/2025);
- in data 13/06/2025 seduta pubblica di apertura delle buste tecniche prodotte, accertamento della presenza dei files depositati all'interno delle stesse (verbale del 13/06/2025);
- in data 30/06/2025 e 01/07/2025 sedute riservate della Commissione Giudicatrice di valutazione della documentazione tecnica ed assegnazione dei relativi punteggi (verbali del 30/06/2025 e del 01/07/2025);
- in data 02/07/2025 seduta pubblica di apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte economiche dei concorrenti (verbale del 02/07/2025);

DATO ATTO che, a seguito dell'inserimento in piattaforma Sintel dei punteggi tecnici ereditati dall'Accordo Quadro, sommati ai punteggi tecnici attribuiti *ex novo* dalla Commissione Giudicatrice in fase di Appalto Specifico e dell'apertura delle offerte economiche, la piattaforma Sintel ha stilato la seguente graduatoria:

GRADUATORIA	FORNITORE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	VALORE ECONOMICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TOTALE
-------------	-----------	----------------------------	------------------	---------------------	-------------------	------------------



1°	AB MEDICA SPA 08862820969	Forma singola	5.011.478,00000 EUR	8,21	76,25	84,46
2°	MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 09238800156	Forma singola	4.027.500,00000 EUR	19,47	60,47	79,94
3°	Carlo Bianchi srl 01629650167	Forma singola	4.187.397,50000 EUR	12,09	49,36	61,45

APPURATO che l'offerta presentata da AB Medica S.p.A., risultata aggiudicataria:

- non supera le singole basi d'asta unitarie, ossia i valori unitari relativi al canone trimestrale per il Sistema di Chirurgia robotica e al canone trimestrale per la Manutenzione full risk e i valori unitari per ciascun kit procedurale;
- non presenta alcun valore unitario superiore al corrispondente valore unitario offerto per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
- non presenta condizioni tecniche e/o economiche (sia in termini di importo complessivo che con riferimento ai singoli valori unitari) peggiorative rispetto a quelle offerte nella procedura per l'affidamento dell'Accordo Quadro;

RITENUTO, alla luce di tutti gli elementi di diritto e di fatto sopradescritti, di aggiudicare l'appalto specifico a valere sull'Accordo Quadro ARIA_2022_013, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. c), del d.lgs. 50/2016, avente ad oggetto la fornitura di sistemi di chirurgia robotica video laparoscopica e servizi connessi alla società AB Medica S.p.A., per un periodo di 60 mesi, decorrenti presumibilmente dal 01/09/2025 (e comunque dalla data di effettivo collaudo) e fino al 31/08/2030, per € 5.011.478,00 IVA 22% esclusa, oltre a € 660,00 per oneri per la sicurezza per un importo complessivo di € 5.012.138,00 IVA 22% esclusa, alle condizioni di cui all'offerta economica presentata in sede di procedura, come di seguito riportato:

Oggetto	fabbisogno	Unità misura	Prezzo unitario offerto al netto di IVA	Importo complessivo offerto per singola componente al netto di IVA
n.1 Sistema di chirurgia robotica completo di tutti gli accessori per il corretto funzionamento come definiti in Capitolato Tecnico (al netto della manutenzione full risk)	20	Canone trimestrale per il noleggio del Sistema di Chirurgia comprensivo dei Servizi Connessi, per n. 60 mesi	75.000,00000 €	1.500.000,00 €
Manutenzione full risk	20	Canone trimestrale per la garanzia full risk, per n. 60 mesi	30.000,00000 €	600.000,00 €
Materiale di consumo al fine dell'esecuzione degli interventi	1.250	N. interventi per la totalità delle apparecchiature, per n. 60 mesi	Come da dettaglio kit procedurali	2.911.478,00 €
Importo complessivo offerto al netto di IVA e costi per la sicurezza				5.011.478,00
Costi della sicurezza (al netto di IVA)				660,00€
Importo complessivo offerto al netto di IVA comprensivo dei costi per la sicurezza				5.012.138,00€

DATO ATTO che l'importo complessivo stimato dell'appalto, comprensivo di opzione esplicitamente stabilita, è il seguente:

Importo complessivo per 60 mesi I.V.A. esclusa (al netto dei costi della sicurezza complessivi dovuti a rischi da interferenza (non soggetti a ribasso))	€ 5.011.478,00
Costi della sicurezza complessivi dovuti a rischi da interferenza I.V.A. esclusa (non soggetti a ribasso)	€ 660,00
Importo complessivo per 60 mesi I.V.A. esclusa comprensivo dei costi della sicurezza dovuti a rischi da interferenza	€ 5.012.138,00



Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento con oneri	€ 1.002.427,60
Importo complessivo stimato dell'appalto	€ 6.014.565,60

DATO ATTO che si contabilizzerà il solo importo relativo al primo periodo contrattuale di mesi 60, come riportato al punto precedente, per un onere complessivo pari a € 5.012.138,00 I.V.A.22% esclusa e che l'onere complessivo dell'opzione prevista negli atti di gara sarà oggetto di imputazione nel corso degli anni seguenti secondo necessità, con successivo apposito provvedimento;

PRECISATO che, trattandosi di un sistema di nuova introduzione, non esiste spesa storica riferita all'anno 2024;

PRESO ATTO della deliberazione del Direttore Generale n. 1217 del 29.12.2023 ad oggetto "Approvazione del regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e all'art. 45 del Decreto Legislativo 31/03/2023, n. 36";

DATO ATTO che il Responsabile Unico Procedimento è la dott.ssa Anna De Berti, Direttore della S.C. Gestione Acquisti;

RITENUTO di nominare Direttori dell'Esecuzione del Contratto, incaricati del coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto con il compito di verificare che le forniture e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali:

- l'ing. Eduardo Tarallo, Collaboratore tecnico S.C. Ingegneria Clinica per la parte relativa all'apparecchiatura elettromedicale;
- la dott.ssa Maria Luigia Arrigoni, Collaboratore amministrativo S.C. Farmacia per la parte relativa alla fornitura di kit procedurali;

PRECISATO che hanno collaborato all'istruttoria del procedimento, unitamente al RUP, la Dott.ssa Myriam Grilli, Dirigente della S.C. Gestione Acquisti e la Dott.ssa Angelica Di Terlizzi Collaboratore Amministrativo Professionale della S.C. Gestione Acquisti;

DATO ATTO che il Direttore S.C. Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità ha verificato che le risorse derivanti dall'adozione del presente provvedimento, pari ad € 6.114.808,36 IVA compresa, sono rese disponibili sui competenti Bilanci d'Esercizio, come di seguito precisato:

BILANCIO SAN conto C190022000-ING noleggio comprensivo dei costi per la sicurezza
 ANNO 2025 € 122.805,20 IVA compresa, aut. n. 2025005508 (pluriennale)
 ANNO 2026 € 366.000,00 IVA compresa;
 ANNO 2027 € 366.000,00 IVA compresa;
 ANNO 2028 € 366.000,00 IVA compresa;
 ANNO 2029 € 366.000,00 IVA compresa;
 ANNO 2030 € 244.000,00 IVA compresa;

BILANCIO SAN Conto C140020000-ING Manutenzione
 ANNO 2025 € 48.800,00 IVA compresa, aut. n. 2025005509 (pluriennale)
 ANNO 2026 € 146.400,00 IVA compresa;
 ANNO 2027 € 146.400,00 IVA compresa;
 ANNO 2028 € 146.400,00 IVA compresa;
 ANNO 2029 € 146.400,00 IVA compresa;
 ANNO 2030 € 97.600,00 IVA compresa;

BILANCIO FAR – SAN



CONTO C120016400-SAN

ANNO 2025 EURO 236.800,21 IVA compresa AUT. 2025005496

ANNO 2026 EURO 710.400,63 IVA compresa;

ANNO 2027 EURO 710.400,63 IVA compresa;

ANNO 2028 EURO 710.400,63 IVA compresa;

ANNO 2029 EURO 710.400,63 IVA compresa;

ANNO 2030 EURO 473.600,42 IVA compresa;

ACQUISITA la firma contabile del Direttore della SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità per la copertura economica derivante dal presente provvedimento;

ACQUISITA l'attestazione di legittimità della presente deliberazione da parte del Direttore della S.C. Affari Generali e Legali tramite firma apposta alla stessa;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

1. **approvare** i verbali di gara quali parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione, relativi alle sedute pubbliche e riservate nei quali si descrivono le operazioni e le risultanze della procedura di gara in oggetto effettuate:

- in data 10/06/2025 seduta pubblica di constatazione delle offerte pervenute e apertura e verifica delle buste elettroniche contenenti la documentazione amministrativa (verbale del 10/06/2025);
- in data 13/06/2025 seduta pubblica di apertura delle buste tecniche prodotte, accertamento della presenza dei files depositati all'interno delle stesse (verbale del 13/06/2025);
- in data 30/06/2025 e 01/07/2025 sedute riservate della Commissione Giudicatrice di valutazione della documentazione tecnica ed assegnazione dei relativi punteggi (verbali del 30/06/2025 e del 01/07/2025);
- in data 02/07/2025 seduta pubblica di apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte economiche dei concorrenti (verbale del 02/07/2025);

2. **aggiudicare** l'appalto specifico a valere sull'Accordo Quadro ARIA_2022_013, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. c), del d.lgs. 50/2016, avente ad oggetto la fornitura di sistemi di chirurgia robotica video laparoscopica e servizi connessi alla società AB Medica S.p.A. per un periodo di 60 mesi decorrenti presumibilmente dal 01/09/2025 (e comunque dalla data di effettivo collaudo) e fino al 31/08/2030, per € 5.011.478,00 IVA 22% esclusa, oltre a € 660,00 per oneri per la sicurezza per un importo complessivo di € 5.012.138,00 IVA 22% esclusa, alle condizioni di cui all'offerta economica presentata in sede di procedura ed allegata, come di seguito riportato:

Oggetto	fabbisogno	Unità misura	Prezzo unitario offerto al netto di IVA	Importo complessivo offerto per singola componente al netto di IVA
n.1 Sistema di chirurgia robotica completo di tutti gli accessori per il corretto funzionamento come definiti in Capitolato Tecnico (al netto della manutenzione full risk)	20	Canone trimestrale per il noleggio del Sistema di Chirurgia comprensivo dei Servizi Connessi, per n. 60 mesi	75.000,00000 €	1.500.000,00 €
Manutenzione full risk	20	Canone trimestrale per la garanzia full	30.000,00000 €	600.000,00 €



		risk, per n. 60 mesi		
Materiale di consumo al fine dell'esecuzione degli interventi	1.250	N. interventi per la totalità delle apparecchiature, per n. 60 mesi	Come da dettaglio kit procedurali	2.911.478,00 €
Importo complessivo offerto al netto di IVA e costi per la sicurezza				5.011.478,00
Costi della sicurezza (al netto di IVA)				660,00€
Importo complessivo offerto al netto di IVA comprensivo dei costi per la sicurezza				5.012.138,00€

3. **dare atto** che l'importo complessivo stimato dell'appalto, comprensivo di opzione esplicitamente stabilita, è il seguente:

Importo complessivo per 60 mesi I.V.A. esclusa (al netto dei costi della sicurezza complessivi dovuti a rischi da interferenza (non soggetti a ribasso))	€ 5.011.478,00
Costi della sicurezza complessivi dovuti a rischi da interferenza I.V.A. esclusa (non soggetti a ribasso)	€ 660,00
Importo complessivo per 60 mesi I.V.A. esclusa comprensivo dei costi della sicurezza dovuti a rischi da interferenza	€ 5.012.138,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento con oneri	€ 1.002.427,60
Importo complessivo stimato dell'appalto	€ 6.014.565,60

4. **dare atto** che si contabilizzerà il solo importo relativo al primo periodo contrattuale di mesi 60, per un onere complessivo pari a € 5.012.138,00 I.V.A.22% esclusa e che l'onere complessivo dell'opzione prevista negli atti di gara sarà oggetto di imputazione nel corso degli anni seguenti secondo necessità, con successivo apposito provvedimento;

5. **dare atto** che, ai fini della tracciabilità dei relativi flussi finanziari, alla fornitura oggetto del presente provvedimento è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara:

C.I.G. PADRE 9410363D33 – C.I.G. DERIVATO B6EC9E39CA;

6. **demandare** alla S.C. Gestione Acquisti l'espletamento di tutte le attività connesse all'aggiudicazione, comprese le comunicazioni e la stipula del relativo contratto nei termini di legge;

7. **optare** per la stipula del contratto nella forma della scrittura privata, che verrà assoggettato alla registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86;

8. **dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Anna De Berti, Direttore della S.C. Gestione Acquisti;

9. **nominare** Direttori dell'Esecuzione del Contratto, incaricati del coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto con il compito di verificare che le forniture e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali:

- l'ing. Eduardo Tarallo, Collaboratore tecnico S.C. Ingegneria Clinica per la parte relativa all'apparecchiatura elettromedicale;
- la dott.ssa Maria Luigia Arrigoni, Collaboratore amministrativo S.C. Farmacia per la parte relativa alla fornitura di kit procedurali;

10. **dare atto** che il Direttore S.C. Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità ha verificato che le risorse derivanti dall'adozione del presente provvedimento, pari ad € 6.114.808,36 IVA compresa, sono rese disponibili sui competenti Bilanci d'Esercizio, come di seguito precisato:



BILANCIO SAN conto C190022000-ING noleggio comprensivo dei costi per la sicurezza
ANNO 2025 € 122.805,20 IVA compresa, aut. n. 2025005508 (pluriennale)
ANNO 2026 € 366.000,00 IVA compresa;
ANNO 2027 € 366.000,00 IVA compresa;
ANNO 2028 € 366.000,00 IVA compresa;
ANNO 2029 € 366.000,00 IVA compresa;
ANNO 2030 € 244.000,00 IVA compresa;

BILANCIO SAN Conto C140020000-ING Manutenzione
ANNO 2025 € 48.800,00 IVA compresa, aut. n. 2025005509 (pluriennale)
ANNO 2026 € 146.400,00 IVA compresa;
ANNO 2027 € 146.400,00 IVA compresa;
ANNO 2028 € 146.400,00 IVA compresa;
ANNO 2029 € 146.400,00 IVA compresa;
ANNO 2030 € 97.600,00 IVA compresa;

BILANCIO FAR – SAN
CONTO C120016400-SAN
ANNO 2025 EURO 236.800,21 IVA compresa AUT. 2025005496
ANNO 2026 EURO 710.400,63 IVA compresa;
ANNO 2027 EURO 710.400,63 IVA compresa;
ANNO 2028 EURO 710.400,63 IVA compresa;
ANNO 2029 EURO 710.400,63 IVA compresa;
ANNO 2030 EURO 473.600,42 IVA compresa;

11. **trasmettere** il presente provvedimento alla S.C. Farmacia Aziendale e alla S.C. Ingegneria Clinica;
12. **dare atto** che ai sensi dell'art. 17 comma 4 L.R. n. 33/2009 e s.m.i. il presente provvedimento non è soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusta art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i.;
13. **disporre** ai sensi dell'art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i. la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'Ente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Roberta Labanca)

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Valentina Elena
Margherita Berni)

IL DIRETTORE
SANITARIO
(Dott.ssa Giuseppina
Ardemagni)

IL DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola Maria
Saffo Pirola)

S.C. GESTIONE ACQUISTI



Responsabile del procedimento amministrativo: Anna De Berti

Pratica trattata da: Angelica Di Terlizzi, Myriam Grilli

Allegati n. 6



APPALTO SPECIFICO INDETTO A VALERE SULL'ACCORDO QUADRO AGGIUDICATO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, LETT. C), DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., ED AVENTE AD OGGETTO LA «FORNITURA DI SISTEMI DI CHIRURGIA ROBOTICA VIDEO LAPAROSCOPICA E SERVIZI CONNESSI» (GARA ARIA_2022_013)

L'anno 2025, il giorno 10 del mese di giugno alle ore 14:30, presso gli uffici della S.C. Gestione Acquisti dell'ASST Melegnano e Martesana, si procede in seduta pubblica all'apertura e verifica della documentazione amministrativa presentata dalle società concorrenti.

La trasparenza e la tracciabilità delle operazioni di gara sono in ogni caso garantite dalla Piattaforma Sintel.

Per la ASST sono presenti:

- Dott.ssa Anna De Berti, Direttore S.C. Gestione Acquisti - RUP;
- Dott.ssa Myriam Grilli, Dirigente S.C. Gestione Acquisti – in qualità di testimone;
- Dott.ssa Angelica Di Terlizzi, Collaboratore amministrativo professionale S.C. Gestione Acquisti - in qualità di testimone con funzioni di segretario verbalizzante.

Per le società concorrenti non è presente alcun rappresentante.

Si prende atto che in data 19 maggio 2025 la S.C. Gestione Acquisti ha pubblicato sulla Piattaforma Telematica Sintel, con ID: 201729777, la procedura di gara in parola e che entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte - 10/06/2025 ore 12:00 - sono pervenute le offerte dei seguenti

Operatori Economici:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	DATA	STATO OFFERTA
1749482972823	Carlo Bianchi srl 01629650167	Forma singola	lunedì 9 giugno 2025 17.29.32 CEST	Valida
1749482795272	MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 09238800156	Forma singola	lunedì 9 giugno 2025 17.26.35 CEST	Valida
1749476605156	AB MEDICA SPA 08862820969	Forma singola	lunedì 9 giugno 2025 15.43.25 CEST	Valida

Il RUP procede, sulla Piattaforma Telematica Sintel, a verificare l'appropriatezza della firma digitale apposta sulla documentazione di gara presentata, che risulta regolare.

Successivamente, procede all'esame della documentazione amministrativa, seguendo l'ordine coincidente con quello attribuito dalla Piattaforma Telematica Sintel.

Per chiarezza e completezza di riepilogo si procederà seguendo e compilando l'allegato 1), che riporta la documentazione amministrativa richiesta nella lettera di invito, ai fini della verifica della presenza e della regolarità della stessa.

Si precisa in particolare che verranno ricercati all'interno dei file compressi i documenti richiesti dal Disciplinare di gara e nelle relative caselle verrà annotato "presente e regolare" per quelle aventi tali caratteristiche, ovvero verranno poste note a verbale, quando vi siano profili meritevoli di evidenziazione.

Al termine delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa, il RUP dichiara ammesse tutte le società concorrenti alla successiva fase di gara.

Conseguentemente il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 16.00 e rinvia alla prossima seduta pubblica a data da destinarsi.


Melegnano, 10/06/2025

Letto confermato e sottoscritto

Dott.ssa Anna De Berti – RUP

Dott.ssa Myriam Grilli - con funzione di testimone

Dott.ssa Angelica Di Terlizzi – con funzione di segretario verbalizzante

Three handwritten signatures are present on the right side of the page. The top signature is 'Anna De Berti', the middle one is 'Myriam Grilli', and the bottom one is 'Angelica Di Terlizzi'. Each signature is written in black ink and is positioned above a horizontal line.

Allegato 1

al verbale in data 10/06/2025 S. C. Gestione Acquisti

VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

	DOCUMENTAZIONE	AB MEDICA S.P.A.	CARLO BIANCHI S.R.L.	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
1	domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative ed eventuale procura	presente	presente	presente
2	DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)	presente	presente	presente
3	Lettera di invito firmata digitalmente	presente	presente	presente
		<input checked="" type="checkbox"/> AMMESSA <input type="checkbox"/> NON AMMESSA <input type="checkbox"/> AMMISSIONE / ESCLUSIONE SOSPESA IN ATTESA REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTALE	<input checked="" type="checkbox"/> AMMESSA <input type="checkbox"/> NON AMMESSA <input type="checkbox"/> AMMISSIONE / ESCLUSIONE SOSPESA IN ATTESA REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTALE	<input checked="" type="checkbox"/> AMMESSA <input type="checkbox"/> NON AMMESSA <input type="checkbox"/> AMMISSIONE / ESCLUSIONE SOSPESA IN ATTESA REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTALE







APPALTO SPECIFICO INDETTO A VALERE SULL'ACCORDO QUADRO AGGIUDICATO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, LETT. C), DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., ED AVENTE AD OGGETTO LA «FORNITURA DI SISTEMI DI CHIRURGIA ROBOTICA VIDEO LAPAROSCOPICA E SERVIZI CONNESSI» (GARA ARIA_2022_013)

L'anno 2025, il giorno 13 del mese di giugno alle ore 14:30, presso gli uffici della S.C. Gestione Acquisti dell'ASST Melegnano e Martesana, si procede in seduta pubblica, all'apertura delle offerte tecniche, ed alla mera verifica formale della documentazione tecnica caricata sulla piattaforma Sintel di Aria S.p.A. La trasparenza e la tracciabilità delle operazioni di gara sono in ogni caso garantite dalla Piattaforma Sintel di Aria S.p.A.

Per la ASST sono presenti:

- Dott.ssa Anna De Berti, Direttore S.C. Gestione Acquisti - RUP;
- Dott.ssa Myriam Grilli, Dirigente S.C. Gestione Acquisti – in qualità di testimone;
- Dott.ssa Angelica Di Terlizzi, Collaboratore amministrativo professionale SC Gestione Acquisti - in qualità di testimone con funzioni di segretario verbalizzante.

Sono presenti i rappresentanti delle società concorrenti come segue:

OPERATORE ECONOMICO	NOMINATIVO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE / DELEGATO
Carlo Bianchi srl	Non presente
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Non presente
AB MEDICA SPA	Sig.ra Francesca Negro

Il RUP procede, sulla Piattaforma Telematica Sintel Di Aria S.p.A., a verificare l'appropriatezza della firma digitale apposta sulle buste tecniche presentate, che risultano regolari.

Successivamente, procede all'esame delle offerte tecniche, seguendo l'ordine coincidente con quello attribuito dalla Piattaforma Sintel di Aria S.p.A., onde attestare la regolarità formale degli atti rinvenuti all'interno della busta medesima, verificando la mera presenza dei documenti previsti dagli atti di gara, che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice.

Per chiarezza e completezza di riepilogo si procederà seguendo e compilando l'allegato 1, che riporta la documentazione tecnica richiesta nella lettera di invito ai fini della sola verifica della presenza.

Si precisa in particolare che verranno ricercati all'interno dei file compressi i documenti richiesti dalla lettera di invito e nelle relative caselle verrà annotato "presente" per quelle aventi tali caratteristiche, ovvero verranno poste note a verbale, quando vi siano profili meritevoli di evidenziazione.

Al termine delle operazioni di verifica delle buste tecniche, il RUP riscontra la regolare presenza dei documenti richiesti dagli atti di gara, per tutte le società partecipanti.

Il RUP informa gli intervenuti che, terminata la valutazione tecnica delle offerte presentate, da parte della Commissione Giudicatrice, in una o più sedute riservate, sarà cura dello stesso comunicare ai soggetti concorrenti – mediante la piattaforma Sintel "Comunicazioni della procedura", la data in cui verranno comunicati gli esiti della valutazione tecnica e si procederà all'apertura dell'offerta economica. Al termine delle operazioni di cui sopra, il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 15:00, rimandando le valutazioni tecniche delle offerte presentate alla Commissione Giudicatrice in seduta riservata.


Melegnano, 13/06/2025

Letto confermato e sottoscritto

Dott.ssa Anna De Berti – RUP

Dott.ssa Myriam Grilli – testimone

Dott.ssa Angelica Di Terlizzi – testimone con funzioni di segretario verbalizzante



S. C. Gestione Acquisti Proveditorato Economato

ALLEGATO 1 al verbale in data 13/06/2025

VERIFICA DOCUMENTAZIONE TECNICA

	DOCUMENTAZIONE	AB MEDICA S.P.A.	CARLO BIANCHI S.R.L.	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
1	Relazione Tecnica AS	Presente	Presente	Presente
2	Manuale d'uso dell'apparecchiatura e di tutti i suoi componenti in lingua italiana	Presente	Presente	Presente
3	Prospetto Dettaglio kit procedurali AS, conforme all'Allegato 6, opportunamente compilato	Presente	Presente	Presente
4	Certificazione o dichiarazione di conformità CE relativa al Sistema di Chirurgia robotica e a tutti gli accessori e strumenti costituenti i kit procedurali offerti (CE 93/42, D.lgs. 46/97 e/o Reg. 745/2017) oltre che una certificazione relativa alla eventuale presenza di marchi di qualità sui sistemi o su loro parti significative, scheda tecnica, UDI, composizione KIT, CND e repertorio	Presente	Presente	Presente
5	Dichiarazione di secretazione della documentazione tecnica	Presente	Presente	Presente
		<input checked="" type="checkbox"/> AMMESSA <input type="checkbox"/> NON AMMESSA <input type="checkbox"/> AMMISSIONE / ESCLUSIONE SOSPESA IN ATTESA REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTALE	<input checked="" type="checkbox"/> AMMESSA <input type="checkbox"/> NON AMMESSA <input type="checkbox"/> AMMISSIONE / ESCLUSIONE SOSPESA IN ATTESA REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTALE	<input checked="" type="checkbox"/> AMMESSA <input type="checkbox"/> NON AMMESSA <input type="checkbox"/> AMMISSIONE / ESCLUSIONE SOSPESA IN ATTESA REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTALE

Muo





APPALTO SPECIFICO INDETTO A VALERE SULL'ACCORDO QUADRO AGGIUDICATO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, LETT. C), DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., ED AVENTE AD OGGETTO LA «FORNITURA DI SISTEMI DI CHIRURGIA ROBOTICA VIDEO LAPAROSCOPICA E SERVIZI CONNESSI» (GARA ARIA_2022_013)

VERBALE DELLA SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

L'anno duemilaventicinque, il giorno 30 del mese di giugno alle ore 9:40, presso la S.C. Ingegneria Clinica del P.O. di Vizzolo Predabissi si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con la Determinazione Dirigenziale n. 833 del 12/06/2025, così composta:

Presidente:

Ing. Carla Amadio, Direttore della S.C. Ingegneria Clinica, in qualità di Presidente dell'Organo tecnico Collegiale;

Componenti:

Dott. Carmelo Magistro, Direttore S.C. Chirurgia Generale del P.O. di Vizzolo Predabissi, in qualità di Componente dell'Organo tecnico Collegiale;

Dott.ssa Rita Cursano, Direttore S.C. Farmacia Aziendale, in qualità di Componente dell'Organo tecnico Collegiale;

L'ing. Carla Amadio assume le funzioni di Segretario verbalizzante.

PREMESSO CHE

- si è provveduto in data 16/06/2025 a trasmettere alla Commissione giudicatrice le offerte tecniche pervenute;
- la Commissione Giudicatrice ha preso atto che il punteggio a disposizione per la valutazione qualitativa delle offerte è pari a max 80/100 punti, da assegnare in base ai relativi criteri di valutazione, facendo propria la griglia dei giudizi riportati, di cui all'art. 11 della Lettera di Invito, ritenendoli sufficientemente specifici ed esaustivi, tali da consentire idonea valutazione;



TUTTO CIO' PREMESSO

La Commissione giudicatrice prende atto delle offerte tecniche presentate dalle Società Carlo Bianchi srl, MEDTRONIC ITALIA S.P.A ed AB MEDICA SPA e procede alla verifica preliminare della documentazione tecnica presentata da ciascun operatore economico.

La Commissione, in conformità a quanto previsto negli atti di gara, procederà alle operazioni di attribuzione del punteggio tecnico (massimo punti 80) valutando gli elementi ponderali di seguito riportati:

- ✓ **27 punti tecnici ereditati** dalla prima fase di Accordo Quadro, come di seguito in dettaglio:

Operatore Economico	PT AQ	Incidenza dei punti che voglio ereditare dall'AQ - tra il 30% e il 50%	PT previsti in AQ	MAX PT ereditati	PTcalcolo eredità	PTeredità riparametrizzato
AB MEDICA S.P.A.	54,36	30%	90	27	20,97	27
CARLO BIANCHI S.R.L.	50,55				19,50	25,11
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	47,26				18,23	23,47

- ✓ **43 punti tecnici attribuiti ex novo definiti puntualmente in sede di Accordo Quadro**, sulla base dei seguenti criteri:

RIF.	CRITERI DI VALUTAZIONE - punti tecnici attribuiti ex novo in relazione alle macroaree indicate in fase di Accordo Quadro	Modalità attribuzione punteggio	Punteggio massimo assegnabile
1	Manovrabilità complessiva del Sistema robotico, dimensioni, peso ed ergonomia del sistema	Discrezionale	16



ASST Melegnano e Martesana

2	Tecnica a fluorescenza	Discrezionale	15
3	Presenza sul sistema robotico e descrizione di funzionalità in grado di ottimizzare il posizionamento dei bracci in base al tipo di intervento selezionato e alla posizione dei trocar	Discrezionale	8
4	Possibile utilizzo intraoperatorio di ecografo ed ecocolordoppler con immagine integrata	Tabellare	2
5	Possibilità di controllare suturatrici endoscopiche con il sistema robotico per consentire l'accesso di tali strumenti a siti difficili e con maggior controllo della manovra	Discrezionale	2

✓ **10 punti tecnici attribuiti ex novo**, sulla base dei seguenti criteri:

RIF	CRITERI DI VALUTAZIONE - punti tecnici attribuiti <i>ex novo</i> in relazione alle macroaree indicate in fase di Accordo Quadro	Modalità attribuzione punteggio	Punteggio massimo assegnabile
6	Assistenza specialistica allo staff chirurgico: verrà valutata la presenza garantita in Sala di uno specialist per tutti gli interventi chirurgici che verranno effettuati con il robot durante il primo anno contrattuale	Tabellare	5
7	Formazione: verrà valutato il piano formativo offerto per l'ottenimento della Certificazione della Struttura come Centro Formatore, comprensivo della Certificazione finale rilasciata da parte di Ente Terzo	Tabellare	5
			Punti MAX 10

a RC WHM



La Commissione Giudicatrice valuterà gli elementi di natura qualitativa attribuendo ad ogni requisito tecnico i punteggi a disposizione sino al valore massimo definito per ogni elemento di valutazione.

La valutazione prevede l'attribuzione dei punteggi secondo i seguenti criteri esplicitati nelle tabelle dei requisiti premiali:

- a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio **discrezionale** è attribuito un coefficiente variabile da 0 a 1 sulla base dell'attribuzione discrezionale di un giudizio da parte di ciascun Commissario per ogni sub-Requisito premiale del prodotto offerto (vedi prospetto sotto riportato); la Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo). Si considereranno due cifre decimali con arrotondamento, in eccesso o in difetto, al valore più prossimo.

GIUDIZIO ATTRIBUITO AD OGNI ASPETTO QUALITATIVO		Coefficiente
Sufficiente	<i>Rispondente ai requisiti senza elementi migliorativi</i>	0,00
Accettabile	<i>Rispondente ai requisiti con elementi migliorativi non di particolare interesse e rilievo</i>	0,25
Discreto	<i>Rispondente ai requisiti con elementi migliorativi interessanti</i>	0,50
Buono	<i>Rispondente ai requisiti con elementi migliorativi di particolare rilievo</i>	0,75
Ottimo	<i>Ampiamente superiore ai requisiti</i>	1,00

Si precisa che:

- a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio **tabellare**, sarà invece attribuito il punteggio previsto in relazione a ciascun elemento in presenza del requisito tecnico indicato nella tabella stessa;
- a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio **lineare** sarà attribuito un punteggio linearmente crescente/decrecente nel rispetto di attribuire il punteggio massimo all'operatore economico che avrà offerto la miglior condizione.



La Commissione prende atto dei chiarimenti pervenuti da tutti gli oo.aa. concorrenti a fronte delle richieste trasmesse con apposite note, conservate agli atti, relative al criterio di valutazione della Formazione, rinviando a successiva seduta riservata la formulazione delle valutazioni tecnico qualitative e l'attribuzione dei relativi punteggi per ciascun criterio qualitativo.

Il Presidente alle ore 10:30 dichiara conclusa la seduta.

Vizzolo Predabissi, 30/06/2025

Ing. Carla Amadio, Presidente, con funzioni di segretario verbalizzante

Dott. Carmelo Magistro, Componente

Dott.ssa Rita Cursano, Componente

Carla Amadio
Carmelo Magistro
Rita Cursano



APPALTO SPECIFICO INDETTO A VALERE SULL'ACCORDO QUADRO AGGIUDICATO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, LETT. C), DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., ED AVENTE AD OGGETTO LA «FORNITURA DI SISTEMI DI CHIRURGIA ROBOTICA VIDEO LAPAROSCOPICA E SERVIZI CONNESSI» (GARA ARIA_2022_013)

VERBALE DELLA SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

L'anno duemilaventicinque, il giorno 01 del mese di luglio alle ore 10,00, presso la S.C. Ingegneria Clinica del P.O. di Vizzolo Predabissi si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con la Determinazione Dirigenziale n. 833 del 12/06/2025, così composta:

Presidente:

Ing. Carla Amadio, Direttore della S.C. Ingegneria Clinica, in qualità di Presidente dell'Organo tecnico Collegiale;

Componenti:

Dott. Carmelo Magistro, Direttore S.C. Chirurgia Generale del P.O. di Vizzolo Predabissi, in qualità di Componente dell'Organo tecnico Collegiale;

Dott.ssa Rita Cursano, Direttore S.C. Farmacia Aziendale, in qualità di Componente dell'Organo tecnico Collegiale;

L'ing. Carla Amadio assume le funzioni di Segretario verbalizzante.

La Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte pervenute dalle Società Carlo Bianchi srl, MEDTRONIC ITALIA S.P.A ed AB MEDICA SPA sulla base degli elementi di natura qualitativa previsti dalla Lettera di Invito, attribuendo ad ogni requisito tecnico i punteggi a disposizione.

Per ciascun criterio di valutazione si riportano di seguito i coefficienti attribuiti da ciascun Commissario:

2c
Q u m

CRITERIO 1: Manovrabilità complessiva del sistema robotico, dimensioni, peso ed ergonomia del sistema (discrezionale fino a 16 punti)

AB MEDICA

Il sistema è composto da 3 apparecchiature denominate consolle chirurgica, carrello paziente (con 4 bracci motorizzati) e carrello visione.

Tutte le componenti sono dotate di ruote e in particolare la consolle chirurgia è dotata di un sistema di movimentazione assistita composto da 5 ruote (di cui una piroettante).

Tra di loro le componenti del sistema sono collegati da un unico cavo in fibra, riducendo così la presenza di cavi in sala operatoria e di conseguenza il rischio di inciampo da parte del personale.

Il sistema di accensione e spegnimento è sincronizzato per tutte le componenti e il pulsante di arresto in emergenza è presente sia sulla consolle chirurgica sia sul timone del carrello paziente.

E' presente un sistema di interfono per il dialogo tra il personale intorno al tavolo operatorio e il chirurgo in consolle.

Le impostazioni di ergonomia sono memorizzabili in singoli profili per ogni operatore, che possono essere richiamate all'inizio di ogni sessione di lavoro tramite una semplice pressione di un tasto.

I manipolatori risultano estremamente ergonomici, sono dotati di leva di riposizionamento e su alcuni specifici strumenti è possibile definire l'intensità della forza da applicare da parte della mano del chirurgo.

I comandi del carrello paziente sono presenti sia sui manipolatori che sulla pedaliera e sono presenti su entrambi dei sistemi di sicurezza per prevenire l'involontaria attivazione degli strumenti.

2c
el dM

La consolle del chirurgo è del tipo immersivo e questo permette una elevata concentrazione da parte del chirurgo e non sono necessari dispositivi ausiliari.

Tutti i bracci sono presenti su un unico carrello paziente e questo permette di avere un ridotto ingombro intorno al tavolo operatorio, inoltre, durante l'intervento è possibile modificare l'orientamento dell'intero gruppo di braccia con un solo gesto da parte di un solo operatore.

La struttura di sostegno delle braccia può essere movimentata sia dal personale non sterile, tramite un apposito touchpad e joystick o anche dal personale sterile, tramite appositi bottoni sulle braccia.

Le braccia presenti sul carrello paziente sono universali e questo permette di avere un'ottima ergonomia per la visualizzazione anatomica, in quanto è possibile posizionare l'endoscopia su una qualsiasi delle braccia.

Viene tenuto anche in considerazione la velocità nel cambio degli strumenti durante l'intervento in quanto il braccio memorizza la posizione e ne tiene conto al successivo inserimento degli strumenti/endoscopio sostituiti.

Inoltre, in corrispondenza della base del carrello sono presenti sensori di sicurezza che prevengono la collisione con il personale di sala operatoria.

Per tale motivo si assegnano i seguenti coefficienti:

commissario 1 = coefficiente 1

commissario 2 = coefficiente 1

commissario 3 = coefficiente 1

CARLO BIANCHI

Il sistema è composto da una consolle per il chirurgo, una unità mobile di visualizzazione e fino a tre unità mobili per gli strumenti chirurgici.

DC
A UH



Sia la consolle che i bracci singoli sono dotati di 4 ruote piroettanti che ne consentono lo spostamento.

Avendo i bracci chirurgici indipendenti tra di loro, pur essendo l'ingombro singolo relativamente contenuto, vengono distribuiti sul campo operatorio occupando lo spazio intorno al tavolo in più parti e con diversi cavi che attraversano la sala operatoria.

Il chirurgo aziona i bracci tramite un comando a "joystick" che viene essere ritenuto relativamente pratico da utilizzare.

Sono presenti sensori posizionati sui manipoli che bloccano il movimento degli strumenti se non rilevano la presenza delle mani sui manipoli, ma non viene citato niente su eventuali sistemi di blocco dei comandi nel caso in cui il chirurgo non stia guardando il monitor.

Non sono presenti pedali per l'attivazione di alcune funzionalità del sistema.

I bracci non richiedono un aggancio meccanico al trocar e il punto di fulcro viene calcolato dal software.

Sulla documentazione tecnica viene citata la funzione "port training" per la disposizione iniziale dei bracci ma non viene spiegata la modalità di funzionamento.

Il sistema è di tipo aperto e il chirurgo deve utilizzare gli occhiali specifici per la visualizzazione 3D.

Possono essere regolate l'altezza del display e il supporto delle braccia ma non viene specificato se è possibile memorizzare tali posizioni per i singoli chirurghi.

E' presente un filtro sui manipoli per eliminare il tremore della mano del chirurgo

Cita la presenza di sensori sui bracci dei robot per una "robotica collaborativa" ma non specifica le funzionalità.

Non è indicata la presenza di sensori anticollisione sulla base delle strutture porta bracci

Per tale motivo si assegnano i seguenti coefficienti:

PC
A ah

commissario 1 = coefficiente 0,25

commissario 2 = coefficiente 0,25

commissario 3 = coefficiente 0,25

MEDTRONIC

Il sistema è composto da: colonna video, console del chirurgo e 4 bracci individuali che devono essere movimentati singolarmente e posizionati intorno al tavolo operatorio.

Avendo i bracci chirurgici indipendenti tra di loro, pur essendo l'ingombro singolo relativamente contenuto, vengono distribuiti sul campo operatorio occupando lo spazio intorno al tavolo in più parti e con diversi cavi che attraversano la sala operatoria.

La console del chirurgo risulta dotata di un touch screen di 12" HD e un sistema di sicurezza Tracker che assicura la mobilitazione dei bracci del robot solo sotto controllo visivo del chirurgo.

Il sistema traccia la posizione dei marcatori riflettenti sugli occhiali 3D del chirurgo. La visualizzazione 3D è permessa solo indossando degli specifici occhiali. Gli occhiali con i marcatori dovranno essere indossati dal chirurgo, mentre occhiali senza marcatori da chi vuole assistere.

I comandi della console sono attivati tramite controller che forniscono informazioni sulla forza di riflesso al chirurgo ed agiscono sul controllo del tremore.

La console risulta dotata di pedaliera che permette l'attivazione di alcuni comandi da pedale.

E' presente il pulsante di sicurezza per interrompere il controllo dei bracci sia sulla console che al posto letto.

Sono presenti dei sensori sui controller per rilevare la presenza della mano del chirurgo. Quando la mano non è sull'impugnatura, il braccio corrispondente passa in stato di attesa per evitare il movimento involontario dello strumento.





Sono presenti dei sensori di contatto su ogni braccio in rilievo e di colore arancione che rilevano il contatto con oggetti estranei ed interrompono il controllo della console del chirurgo. NON viene indicata la presenza di sensori anticollisione sulla base del carrello.

L'operatore è seduto appoggiando i bracci sul supporto degli avanbracci, davanti al monitor 3D in posizione ergonomica, E' possibile regolare l'altezza del bracciolo l'altezza del display 3D del chirurgo e la distanza tra i pedali e il chirurgo ma NON viene specificato se tali impostazioni possono essere memorizzate in profili dedicati per ogni chirurgo

Non è presente un interfono per la comunicazione con l'equipe di sala in quanto la console è aperta.

I controller sono stati sviluppati con una forma a pistola, consentendo al chirurgo di mantenere una posizione naturale delle mani durante l'intervento.

Il sistema è dotato di un sistema automatico di controllo del tremore fisiologico delle mani

L'endoscopio 3D può essere posizionato su qualsiasi braccio robotico.

Per tale motivo si assegnano i seguenti coefficienti:

commissario 1 = coefficiente 0,5

commissario 2 = coefficiente 0,5

commissario 3 = coefficiente 0,5

CRITERIO 2: Tecnica a fluorescenza (discrezionale fino a 15 punti)

AB MEDICA

Il sistema proposto prevede due tipologie di luce integrate: luce naturale (led) e luce a fluorescenza (laser). La fonte luminosa è composta da 4 canali separati di luce naturale (rosso,

RC
al abt



blu, ciano e verde) a cui si affianca il canale per la fluorescenza con tecnologia laser NIR (near infrared) in grado di sovrapporre la fluorescenza di colore verde ad immagine in bianco e nero.

Questo permette di avere a disposizione l'immagine a fluorescenza integrata nella console chirurgica in qualsiasi momento dell'intervento, senza cambiare fonte luminosa e punto di vista.

Sono presenti due modalità a fluorescenza: FireFly e Sensitive Firefly.

La modalità FireFly standard è in grado di sovrapporre la fluorescenza di colore verde ad immagini in bianco e nero, potendo regolare l'intensità della fluorescenza sia da touchpad della console, sia da touchscreen del carrello video.

Tramite la modalità Sensitive Firefly è possibile ottenere immagini ancora più dettagliate, che presentano un verde più nitido. Il sistema regola automaticamente l'intensità luminosa del segnale in modo che siano coerenti.

Il passaggio dalla visione a luce naturale a quella a fluorescenza può essere comandato dal chirurgo in console oppure dal personale di sala direttamente dal touchscreen.

Per tale motivo si assegnano i seguenti coefficienti:

commissario 1 = coefficiente 0,75

commissario 2 = coefficiente 0,75

commissario 3 = coefficiente 0,75

CARLO BIANCHI

E' possibile la visualizzazione dell'immagine endoscopica in fluorescenza (ICG) nelle modalità sovrapposizione e scala di grigi. Vi è anche la possibilità di scelta dell'immagine in fluorescenza tra verde e ciano.

Per tale motivo si assegnano i seguenti coefficienti:

commissario 1 = coefficiente 0,75



commissario 2 = coefficiente 0,75

commissario 3 = coefficiente 0,75

MEDTRONIC

Tutte le funzioni del sistema di imaging, incluse l'attivazione e gestione delle 4 modalità della fluorescenza, possono essere comandate in autonomia dal chirurgo direttamente dal display integrato nella console e dal pedale apposito.

E' possibile la visualizzazione della fluorescenza con verde di Indocianina in modalità "Overlay", ossia mediante sovrapposizione in tempo reale dell'immagine "Infrared" all'immagine "in luce bianca"

Sono presenti 4 modalità di visualizzazione della fluorescenza:

- Overlay verde o blu: immagine normale a luce bianca viene combinata con l'immagine ICG
- Monocromatico: immagine completamente scurita, mentre i vasi contenenti verde di indocianina sono visibili in colore bianco.
- Mappa dell'intensità: la fluorescenza assume colorazione differente in funzione della concentrazione del verde di indocianina

Per tale motivo si assegnano i seguenti coefficienti:

commissario 1 = coefficiente 1

commissario 2 = coefficiente 1

commissario 3 = coefficiente 1

CRITERIO 3: Presenza sul sistema robotico e descrizione di funzionalità in grado di ottimizzare il posizionamento dei bracci in base al tipo di intervento selezionato e alla posizione dei trocar (discrezionale fino a 8 punti)

AB MEDICA

In funzione della parte anatomica su cui si deve intervenire, l'operatore può selezionare sul touchpad la parte corrispondente e tutte le braccia si posizioneranno in maniera ottimizzata rispetto al letto operatorio.

L'operatore, in fase di avvicinamento del carrello paziente sul letto operatorio, dovrà posizionare la croce laser proiettata sul trocar scelto per l'ottica.

I setup preimpostati permettono di evitare le collisioni tra le braccia e l'ambiente esterno in fase intraoperatoria, ma sono comunque presenti, su tutte le braccia, sensori che rilevano le eventuali collisioni.

La fase di posizionamento del carrello sul paziente e la fase di trasporto, sono agevolate dalla presenza di un puntatore laser.

Per tale motivo si assegnano i seguenti coefficienti:

commissario 1 = coefficiente 1

commissario 2 = coefficiente 1

commissario 3 = coefficiente 1

CARLO BIANCHI

Il personale di sala deve posizionare autonomamente ogni singolo braccio robotico attorno al tavolo operatorio regolando il posizionamento, la distanza del braccio e l'altezza.

Non sono presenti automatismi di posizionamento e vengono messe a disposizione delle card procedurali che possono essere utilizzate come guide per il posizionamento ottimale.

E' presente l'applicazione Versius Connect, che permette agli operatori di registrare le configurazioni utilizzate per ciascun intervento.





Non risulta presente alcun puntatore laser

Per tale motivo si assegnano i seguenti coefficienti:

commissario 1 = coefficiente 0,25

commissario 2 = coefficiente 0,25

commissario 3 = coefficiente 0,25

MEDTRONIC

Le funzioni per aiutare il posizionamento dei bracci sono le seguenti:

- Unità di allineamento laser: crea un punto di repere per l'orientamento del braccio nello spazio rispetto alla posizione del paziente
- Set up guides: sono fornite guide di set-up che offrono le informazioni necessarie per il corretto posizionamento dei carrelli dei bracci robotici e i relativi angoli gi' approccio ai trocar del paziente, che comunque devono essere movimentati e posizionati dagli operatori e non avviene in modo automatico

I bracci devono essere posizionati intorno al letto dal personale di sala, in funzione della tipologia di intervento che deve essere effettuato, non si riscontra la possibilità di pre-set e posizionamento automatico dei bracci.

Nel corso della procedura è possibile scambiare gli strumenti e l'endoscopio su ciascun braccio in uso, senza necessità di doverli sganciare dai trocar paziente.

I bracci possono essere inclinati del tilt consentendo di agganciare con facilità il braccio al trocar del paziente.

Per tale motivo si assegnano i seguenti coefficienti:

commissario 1 = coefficiente 0,50

commissario 2 = coefficiente 0,50



commissario 3 = coefficiente 0,50

CRITERIO 4: Possibile utilizzo intraoperatorio di ecografo ed ecocolordoppler con immagine integrata (tabellare fino a 2 punti).

AB MEDICA

Il sistema è dotato della funzione TilePro che consente la connessione di dispositivi esterni (ecografo, telecamera, monitor anestesia, ecc...) che il chirurgo primo operatore può vedere in console e decidere di visualizzarla in contemporanea all'immagine intraoperatoria.

Il chirurgo può anche agire sulla grandezza della o delle immagini in ingresso.

L'immagine del dispositivo esterno può essere visualizzata anche dal secondo operatore sul monitor touchscreen del carrello visione.

Vi è la possibilità di avere in ingresso fino a due segnali video contestuali.

Per tale motivo si assegnano i seguenti coefficienti:

commissario 1 = coefficiente 1

commissario 2 = coefficiente 1

commissario 3 = coefficiente 1

CARLO BIANCHI

Sul monitor della console è presente una porta HDMI che permette l'ingresso di immagini picture in picture in affiancamento rispetto all'immagine endoscopica.

Per tale motivo si assegnano i seguenti coefficienti:

commissario 1 = coefficiente 1



commissario 2 = coefficiente 1

commissario 3 = coefficiente 1

MEDTRONIC

La visualizzazione dell'immagine ecografica, avviene collegando al sistema un monitor esterno, pertanto non vi è la possibilità di avere un'immagine integrata picture-in-picture.

Per tale motivo si assegnano i seguenti coefficienti:

commissario 1 = coefficiente 0

commissario 2 = coefficiente 0

commissario 3 = coefficiente 0

CRITERIO 5: Possibilità di controllare suturatrici endoscopiche con il sistema robotico per consentire l'accesso di tali strumenti a siti difficili e con maggior controllo della manovra (discrezionale fino a 2 punti)

AB MEDICA

Il sistema robotico prevede l'utilizzo di suturatrici integrate nel sistema robotico e controllate direttamente in consolle dal chirurgo.

Il funzionamento si basa sulla tecnologia SmartFire che fornisce un feedback intra-operatorio al chirurgo legato al tipo di compressione che si sta esercitando sia in fase di compressione iniziale che una volta iniziata la fase di taglio e sutura

Per tale motivo si assegnano i seguenti coefficienti:

commissario 1 = coefficiente 1

commissario 2 = coefficiente 1



commissario 3 = coefficiente 1

CARLO BIANCHI

Il sistema non possiede al momento questa funzionalità

Per tale motivo si assegnano i seguenti coefficienti:

commissario 1 = coefficiente 0

commissario 2 = coefficiente 0

commissario 3 = coefficiente 0

MEDTRONIC

Il sistema risulta predisposto per il controllo diretto da parte del chirurgo di una suturatrice robotica ma al momento la suturatrice risulta in via di sviluppo e non commercializzabile.

Pertanto, tutti i commissari considerano non utilizzabile tale funzione.

Per tale motivo si assegnano i seguenti coefficienti:

commissario 1 = coefficiente 0

commissario 2 = coefficiente 0

commissario 3 = coefficiente 0

CRITERIO 6: Assistenza specialistica allo staff chirurgico: verrà valutata la presenza garantita in Sala di uno specialist per tutti gli interventi chirurgici che verranno effettuati con il robot durante il primo anno contrattuale (tabellare fino a 5 punti)

AB MEDICA

Il fornitore indica che il personale AB Medica sarà a disposizione durante il percorso formativo, non solo per erogare la formazione negli specialisti come da protocollo, ma anche per affiancamento del personale chirurgico e infermieristico fino alla completa autonomia nella gestione del sistema robotico e quindi per un numero di interventi che verrà ritenuto necessario a seconda del livello di preparazione acquisito.

Pertanto, tutti i commissari concordano nell'affermare che il requisito richiesto è rispettato.

Per tale motivo si assegnano i seguenti coefficienti:

commissario 1 = coefficiente 1

commissario 2 = coefficiente 1

commissario 3 = coefficiente 1

CARLO BIANCHI

E' garantita la presenza di un field service engineer on-site per tutti gli interventi per il primo anno di lavoro del sistema per tutte le specialità anche oltre qualora di rendesse necessario

Per tale motivo si assegnano i seguenti coefficienti:

commissario 1 = coefficiente 1

commissario 2 = coefficiente 1

commissario 3 = coefficiente 1

MEDTRONIC

Il fornitore riporta il piano di assistenza specialistica indicando anche la presenza del Coaching e formazione continua da parte dello start-up specialist per 12 mesi.





Per tale motivo si assegnano i seguenti coefficienti:

commissario 1 = coefficiente 1

commissario 2 = coefficiente 1

commissario 3 = coefficiente 1

CRITERIO 7: Formazione: verrà valutato il piano formativo offerto per l'ottenimento della Certificazione della Struttura come Centro Formatore, comprensivo della Certificazione finale rilasciata da parte di Ente Terzo (tabellare fino a 5 punti)

AB MEDICA

A valle della risposta al chiarimento ricevuto in data 24 giugno, si evince che la formazione verrà eseguita da Intuitive e certificata da enti terzi quali Orsi e Ircad Academy

Per tale motivo si assegnano i seguenti coefficienti:

commissario 1 = coefficiente 1

commissario 2 = coefficiente 1

commissario 3 = coefficiente 1

CARLO BIANCHI

A valle della risposta al chiarimento ricevuto in data 24 giugno, si evince che la formazione verrà eseguita da CMR che è il produttore dell'apparecchiatura e non vengono indicati enti terzi.

Per tale motivo si assegnano i seguenti coefficienti:

commissario 1 = coefficiente 0

commissario 2 = coefficiente 0



commissario 3 = coefficiente 0

MEDTRONIC

A valle della risposta al chiarimento ricevuto in data 24 giugno, si evince che la formazione verrà eseguita da Covidien e certificata da enti terzi quali Orsi e Ircad Academy

Per tale motivo si assegnano i seguenti coefficienti:

commissario 1 = coefficiente 1

commissario 2 = coefficiente 1

commissario 3 = coefficiente 1

Per tutto quanto sopra scritto, il punteggio finale risulta essere il seguente:

CRITERIO		PUNT. MAX	AB MEDICA			CARLO BIANCHI			MEDTRONIC										
FORNITURA DI SISTEMI DI CHIRURGIA ROBOTICA VIDEO LAPAROSCOPICA E SERVIZI CONNESSI	43 punti tecnici attribuiti ex novo definiti puntualmente in sede di Accordo Quadro	Manovrabilità complessiva del sistema robotico, dimensioni, peso ed ergonomia del sistema	Commissari			Commissari			Commissari										
			1	2	3	1	2	3	1	2	3								
			Coefficienti			Coefficienti			Coefficienti										
			1	1	1	0,25	0,25	0,25	0,5	0,5	0,5								
			Media dei coefficienti			Media dei coefficienti			Media dei coefficienti										
			1,00			0,25			0,50										
		Punteggio attribuito			Punteggio attribuito			Punteggio attribuito											
		16,00			4,00			8,00											
		Commissari			Commissari			Commissari											
		1			2			3			1			2			3		
		Coefficienti			Coefficienti			Coefficienti											
		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	1	1	1									
	Media dei coefficienti			Media dei coefficienti			Media dei coefficienti												
	0,75			0,75			1,00												
	Punteggio attribuito			Punteggio attribuito			Punteggio attribuito												
	11,25			11,25			15,00												
	Commissari			Commissari			Commissari												
	1			2			3			1			2			3			
	Coefficienti			Coefficienti			Coefficienti												
	1	1	1	0,25	0,25	0,25	0,5	0,5	0,5										
	Media dei coefficienti			Media dei coefficienti			Media dei coefficienti												
	1,00			0,25			0,50												
	Punteggio attribuito			Punteggio attribuito			Punteggio attribuito												
	8,00			2,00			4,00												
ecografo ed ecocolordoppler con			ecografo ed ecocolordoppler con			ecografo ed ecocolordoppler con													
1			1			0													
Punteggio attribuito			Punteggio attribuito			Punteggio attribuito													
2,00			2,00			0,00													
Commissari			Commissari			Commissari													
1			2			3			1			2			3				
Coefficienti			Coefficienti			Coefficienti													
1	1	1	0	0	0	0	0	0											
Media dei coefficienti			Media dei coefficienti			Media dei coefficienti													
1,00			0,00			0,00													
Punteggio attribuito			Punteggio attribuito			Punteggio attribuito													
2,00			0,00			0,00													
10 punti tecnici attribuiti ex novo, sulla base dei seguenti criteri		5	assistenza specifica allo staff chirurgico (SI=1 - NO=0)			assistenza specifica allo staff chirurgico (SI=1 - NO=0)			assistenza specifica allo staff chirurgico (SI=1 - NO=0)										
Assistenza specialistica allo staff chirurgico: verrà valutata la presenza garantita in Sala di uno specialist per tutti gli interventi chirurgici che verranno effettuati con il robot durante il primo anno contrattuale			1			1			1										
Punteggio attribuito			Punteggio attribuito			Punteggio attribuito													
5,00			5,00			5,00													
Formazione: verrà valutato il piano formativo offerto per l'ottenimento della Certificazione della Struttura come Centro Formatore, comprensivo della Certificazione finale rilasciata da parte di Ente Terzo		5	formazione (SI=1 - NO=0)			formazione (SI=1 - NO=0)			formazione (SI=1 - NO=0)										
1			0			1													
Punteggio attribuito			Punteggio attribuito			Punteggio attribuito													
5,00			0,00			5,00													
Totale punteggio		53	49,25			24,25			37,00										


Il Presidente alle ore 14,00 dichiara conclusa la seduta.

Vizzolo Predabissi, 01/07/2025

Ing. Carla Amadio, Presidente, con funzioni di segretario verbalizzante

Dott. Carmelo Magistro, Componente

Dott.ssa Rita Cursano, Componente





APPALTO SPECIFICO INDETTO A VALERE SULL'ACCORDO QUADRO AGGIUDICATO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, LETT. C), DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., ED AVENTE AD OGGETTO LA «FORNITURA DI SISTEMI DI CHIRURGIA ROBOTICA VIDEO LAPAROSCOPICA E SERVIZI CONNESSI» (GARA ARIA_2022_013)

L'anno duemilaventicinque, il giorno 02 del mese di luglio alle ore 11:00, presso gli uffici della S.C. Gestione Acquisti dell'ASST Melegnano e Martesana, si procede in seduta pubblica, a dare lettura dei punteggi tecnici ottenuti da parte di ciascun Operatore Economico e, conseguentemente, all'apertura dell'offerta economica caricata dagli operatori economici sulla piattaforma Sintel di Aria S.p.A..

La trasparenza e la tracciabilità delle operazioni di gara sono in ogni caso garantite dalla Piattaforma Sintel di Aria S.p.a.

Per la ASST sono presenti:

- Dott.ssa Anna De Berti, Direttore S.C. Gestione Acquisti - RUP;
- Dott.ssa Myriam Grilli, Dirigente S.C. Gestione Acquisti – in qualità di testimone;
- Dott.ssa Angelica Di Terlizzi, Collaboratore amministrativo professionale S.C. Gestione Acquisti - in qualità di testimone con funzioni di segretario verbalizzante.

Sono collegati da remoto i rappresentanti delle società concorrenti come segue:

OPERATORE ECONOMICO	NOMINATIVO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE / DELEGATO
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Sig. Cannone Vincenzo – Sig. Lolli Ceroni Giovanni
AB MEDICA SPA	Sig.ra Chiara Cotrino
Carlo Bianchi srl	-

Richiamato il verbale del 13 giugno 2025 con il quale il RUP ha disposto l'invio dei files componenti le offerte tecniche presentate dalle società partecipanti, alla Commissione Giudicatrice, al fine di procedere alle competenti valutazioni in seduta riservata, inerenti la verifica di corrispondenza tra quanto offerto e quanto richiesto, come da lettera di invito.

Il RUP, preso atto dei verbali del 30 giugno 2025 e 01 luglio 2025 della commissione giudicatrice, procede a dare lettura dei punteggi tecnici ottenuti da parte di ciascun Operatore Economico offerente di seguito riportati:

FORNITORE	PUNTEGGI EREDITATI DALL'AQ	PUNTEGGI ATTRIBUITI EX NOVO DA PARTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	PUNTEGGIO TECNICO
AB MEDICA SPA 08862820969	27,00	49,25	76,25
MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 09238800156	23,47	37,00	60,47
Carlo Bianchi srl 01629650167	25,11	24,25	49,36

Pertanto, il RUP, procede mediante la Piattaforma Sintel di Aria S.p.A. all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche di ciascun Operatore Economico, dalle quali risulta quanto segue:

OPERATORE ECONOMICO	OFFERTA ECONOMICA I.V.A. ESCLUSA
AB MEDICA SPA 08862820969	€ 5.011.478,00
MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 09238800156	€ 4.027.500,00
Carlo Bianchi srl 01629650167	€ 4.187.397,50

Il RUP dà atto che i punteggi tecnici sommati ai punteggi economici risultanti danno luogo alla seguente graduatoria provvisoria:

GRADUATORIA	FORNITORE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	VALORE ECONOMICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TOTALE
1°	AB MEDICA SPA 08862820969	Forma singola	5.011.478,000 00 EUR	8,21	76,25	84,46
2°	MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 09238800156	Forma singola	4.027.500,000 00 EUR	19,47	60,47	79,94
3°	Carlo Bianchi srl 01629650167	Forma singola	4.187.397,500 00 EUR	12,09	49,36	61,45

Al termine delle operazioni di cui sopra, il RUP termina la seduta alle ore 12:00.
Melegnano, 02/07/2025

Letto confermato e sottoscritto

Dott.ssa Anna De Berti – RUP

Dott.ssa Myriam Grilli – testimone

Dott.ssa Angelica Di Terlizzi - testimone con funzioni di segretario verbalizzante

