



GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI KIT MEDICAZIONE ATTACCO E STACCO CATETERE VENOSO CENTRALE, OCCORRENTI ALL'ASST MELEGNANO-MARTESANA IN QUALITA' DI CAPOFILA ED ASST VARIE, PER UN PERIODO DI VIGENZA DEL CONTRATTO DI 36 MESI, AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 71 DEL D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36.

CIG PADRE: A016A0F88C

Preg.mo Operatore Economico,

di seguito si riportano le domande pervenute attraverso la funzione "comunicazioni della procedura" della piattaforma Sintel e ***le relative risposte che costituiscono parte integrante e sostanziale della documentazione di gara:***

DOMANDA N.1:

Spettabile Ente, si richiede di specificare il quantitativo dei componenti da inserire nel kit, in quanto nelle "specifiche tecniche e descrizione" a pag.5 del capitolato speciale non vi è alcuna indicazione.

RISPOSTA N.1:

Si riporta di seguito il quantitativo dei componenti da inserire nel kit.

KIT MEDICAZIONE ATTACCO E STACCO CATETERE VENOSO CENTRALE: kit di medicazione per pazienti ospedalieri in dialisi, sterile, privo di lattice; il kit di attacco deve essere imbustato separatamente da quello di stacco; il kit, anche nel caso di assemblato, deve presentare una unica data di scadenza.

COMPOSIZIONE KIT ATTACCO CVC - Q.TA'

- telo TNT+PE cm 60 x 50 con taglio foro adesivo sterile – 1 unità
- salvietta clorexidina 2% - 1 unità
- garza in cotone cm 18 x 40 sterile imbustata singolarmente – 6 unità
- siringhe LL ml 5 – 2 unità
- siringhe LL ml 10 – 2 unità
- nastro chirurgico adesivo cm 2 x 90 sterile – 1 unità

COMPOSIZIONE KIT STACCO CVC - Q.TA'

- tampone in cotone cm 5 – 5 unità
- garza in cotone cm 5 x 5, 8 strati sterile imbustata singolarmente – 2 unità
- cerotto trasparente idroreattivo per chiusura emergenza CVC cm 9 x 12 – 1 unità
- siringhe LL ml 10 – 2 unità
- siringhe LL ml 2,5 – 2 unità
- tappino LL non perforabile sterile – 2 unità
- tasca di protezione parti terminali del catetere, in TNT cm 18 x 8 – 1 unità
- cerotto di chiusura cm 15 x 4 – 2 unità

DOMANDA N.2:

Si richiede di confermare la base d'asta, in quanto ritenuto eccessivamente bassa per poter partecipare.



RISPOSTA N.2:

Si conferma la base d'asta riportata all'interno degli atti di gara.

Vizzolo Predabissi, 20/10/2023

Responsabile Unico del Progetto

Direttore S.C. Gestione Acquisti

(Avv. Ugo Bellavia)

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)*