



**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N.5 SISTEMI DI REGISTRAZIONE HOLTER DELLA PRESSIONE SANGUIGNA E DI N.6 SISTEMI DI REGISTRAZIONE HOLTER CARDIOLOGICI COMPRESIVI DI MANUTENZIONE FULLRISK, OCCORRENTI ALL'ASST MELEGNANO-MARTESANA AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 71 DEL D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36, OCCORRENTI ALLA ASST MELEGNANO E MARTESANA IN QUALITA' DI CAPOFILA, PER UN PERIODO DI VIGENZA DEL CONTRATTO DI 60 MESI. CIG PADRE A015DCA883**

Preg.mo Operatore Economico,

di seguito si riportano le domande pervenute attraverso la funzione "comunicazioni della procedura" della piattaforma Sintel e ***le relative risposte che costituiscono parte integrante e sostanziale della documentazione di gara:***

**DOMANDA N.2:**

In riferimento a pag. 10 del Capitolato Speciale, completo di pacchetto di interfaccia DICOM per gestire le liste di lavoro, invio dei dati verso il CIS (Cardiology Information Systems), firma digitale dell'esame con il CIS, si chiede di confermare che il referto dovrà essere firmato dal sistema CIS o se è richiesta invece la fornitura del sistema di firma. Se è richiesta la fornitura del sistema di firma chiediamo di spiegare la tipologia.

**RISPOSTA N.2:**

Si conferma che la redazione e firma del referto avviene a cura del CIS.

**DOMANDA N.3:**

In riferimento a pag. 10 del Capitolato Speciale, il collegamento al sistema CIS aziendale di marchio Fujj/Mediaclinics dovrà essere a carico del fornitore, si chiede conferma che la modalità di integrazione con il sistema CIS aziendale richiesta è tramite protocollo DICOM sia per la worklist (MWL) che per l'invio del referto (STORE con PDF incapsulato).

**RISPOSTA N.3:**

Si conferma.

**DOMANDA N.4:**

In riferimento a pag. 10 del Capitolato Speciale, si precisa altresì, che la licenza del database (SQL, Oracle o altro), se necessaria, e la relativa manutenzione saranno a carico del fornitore, per quanto riguarda la licenza del database SQL, è possibile utilizzare la versione Express?.

**RISPOSTA N.4:**

Si comunica che le versioni MySql accettate sono MySql 5.7.x oppure MySql 8.0.x.

**DOMANDA N.5:**

In riferimento a pag. 11 del Capitolato Speciale, Application Layer - Mirth connect (utilizzato solo per le ASST), si chiede conferma che l'integrazione con il CIS richiesta è tramite DICOM e non HL7.

**RISPOSTA N.5:**

Si conferma.



**DOMANDA N.6:**

In riferimento a pag. 6 del Capitolato Speciale Cavi ECG, si chiede di precisare la quantità e il tipo richiesto (es: 3 o a 12 ch.)

**RISPOSTA N. 6:**

In riferimento alla richiesta dei cavi ECG così come da Capitolato Speciale, si precisano di seguito i quantitativi e la tipologia richiesta:

- 28 cavi a 3 ch
- 2 cavi a 12 ch

Vizzolo Predabissi, 09/11/2023

Responsabile Unico del Progetto

Direttore S.C. Gestione Acquisti

(Avv. Ugo Bellavia)

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)*