

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI KIT MEDICAZIONE ATTACCO E STACCO CATETERE VENOSO CENTRALE, OCCORRENTI ALL'ASST MELEGNANO-MARTESANA IN QUALITA' DI CAPOFILA ED ASST VARIE, PER UN PERIODO DI VIGENZA DEL CONTRATTO DI 36 MESI, AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 71 DEL D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36.

CIG PADRE: A03414A7B3

Preg.mo Operatore Economico,

di seguito si riportano le domande pervenute attraverso la funzione "comunicazioni della procedura" della piattaforma Sintel e ***le relative risposte che costituiscono parte integrante e sostanziale della documentazione di gara:***

DOMANDA N.1:

Spett.le Ente, al fine di garantire la più ampia partecipazione alla presente procedura di gara, garantendo anche il confronto competitivo tra gli operatori economici, si chiede di poter aumentare la base d'asta indicata (in quanto non in linea con gli attuali prezzi di mercato) o di renderla superabile.

RISPOSTA N.1:

Si conferma la base d'asta riportata all'interno degli atti di gara.

DOMANDA N.2:

Buongiorno, in riferimento alla composizione del kit vi informiamo che il nastro chirurgico adesivo cm 2x90 non è più disponibile. Chiediamo quindi conferma che sia possibile inserire in sostituzione n. 6 cerotti pretagliati cm 15x2,5 in quanto sono funzionalmente equivalenti ed attualmente già presenti nel kit CVC che state utilizzando.

RISPOSTA N. 2:

Come riportato al punto 2.1 Requisiti Tecnici, del Capitolato speciale di gara, il kit offerto e fornito dovrà possedere i requisiti di seguito riportati:

2	KIT MEDICAZIONE ATTACCO E STACCO CATETERE VENOSO CENTRALE kit di medicazione per pazienti ospedalieri in dialisi, sterile, privo di lattice; il kit di attacco deve essere imbustato separatamente da quello di stacco; il kit, anche nel caso di assemblato, deve presentare una unica data di scadenza. COMPOSIZIONE KIT ATTACCO CVC - QUANTITA' - o telo TNT+PE cm 60 x 50 con taglio foro adesivo sterile – 1 unità - o salvietta clorexidina 2% - 1 unità - o garza in cotone cm 18 x 40 sterile imbustata singolarmente – 6 unità - o siringhe LL ml 5 – 2 unità - o siringhe LL ml 10 – 2 unità - o nastro chirurgico adesivo cm 2 x 90 sterile – 1 unità COMPOSIZIONE KIT STACCO CVC - QUANTITA' - o tampone in cotone cm 5 – 5 unità - o garza in cotone cm 5 x 5, 8 strati sterile imbustata singolarmente – 2 unità - o cerotto trasparente idroreattivo per chiusura emergenza CVC cm 9 x 12 – 1 unità - o siringhe LL ml 10 – 2 unità - o siringhe LL ml 2,5 – 2 unità - o tappino LL non perforabile sterile – 2 unità - o tasca di protezione parti terminali del catetere, in TNT cm 18 x 8 – 1 unità - o cerotto di chiusura cm 15 x 4 – 2 unità
---	---



In merito all'indicazione delle caratteristiche tecniche richieste per i prodotti oggetto della presente procedura, si precisa che la stazione appaltante applicherà il principio di equivalenza sancito dall'art. 79 del D.Lgs. n. 36/2023.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. n. 36/2023, nel caso in cui l'operatore intenda proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, lo stesso dovrà allegare all'offerta tecnica apposita dichiarazione, nonché documentazione o altro mezzo (compresi i mezzi di prova), idonei a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Tale documentazione sarà valutata dalla Commissione Giudicatrice ai fini della verifica della sussistenza dell'equivalenza.

DOMANDA N.3:

Nel Disciplinare è riportato quanto segue: b. campo costi della sicurezza derivanti da interferenza, il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze (non modificabili) della Stazione appaltante. Per il presente contratto sono previsti oneri per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza. L'Offerta economica complessiva è data dalla somma tra il valore inserito nel campo a Offerta economica e il valore inserito nel campo Costi della sicurezza derivanti da interferenza (quest'ultimo non modificabile). Tuttavia in nessun passaggio della documentazione di gara risultano indicati i costi della sicurezza derivanti da interferenza e quindi si chiede conferma del fatto che tali oneri siano pari a zero. Si chiede vostro cortese riscontro urgente visti i termini di scadenza della gara.

RISPOSTA N.3:

Si conferma che i costi della sicurezza derivanti da interferenza sono pari a zero.

Vizzolo Predabissi, 12/01/2024

Responsabile Unico del Progetto

Direttore S.C. Gestione Acquisti

(Avv. Ugo Bellavia)

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)*