



**AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI N°1 ECOTOMOGRFO PER L'ESECUZIONE DI ECOGRAFIE ENDORETTALI, COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE FULL-RISK DI 12 MESI, OCCORRENTE ALLA CHIRURGIA DEL P.O. DI MELZO DELL'ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA.**

La presente procedura di manifestazione di interesse viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

L'ASST Melegnano e Martesana, di seguito denominata stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", ai sensi della L.R. 33/07 e s.m.i. al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti relativi alla piattaforma Sintel, nonché al quadro normativo di riferimento, si rimanda ai manuali pubblicati sul sito di Aria S.p.A., alla sezione Guide e Manuali, disponibili all'indirizzo:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>.

Per specifiche richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare l'Help Desk di ARIA al numero verde 800.116.738

Questa ASST intende avviare una consultazione finalizzata alla conoscenza del mercato di riferimento ed alla selezione degli operatori economici interessati a cui affidare la fornitura di n°1 ecotomografo per l'esecuzione di ecografie endorettali da destinare al reparto di Chirurgia del P.O. di Melzo.



## 1. SPECIFICHE DELLA FORNITURA

Oggetto della manifestazione di interesse è la fornitura di n°1 ecotomografo per l'esecuzione di ecografie endorettali, comprensivo di manutenzione full-risk di 12 mesi, da destinare al reparto di Chirurgia del P.O. di Melzo.

### Caratteristiche minime

L'apparecchiatura, oggetto di fornitura, deve possedere le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali di minima:

### Caratteristiche generali

- 1) Ecografo completamente digitale, ad altissime prestazioni e destinato ad applicazioni multidisciplinari;
- 2) Monitor di visualizzazione da almeno 19" ad alta risoluzione;
- 3) Consolle di comando sanificabile su carrello ergonomico con le seguenti caratteristiche:
  - altezza regolabile;
  - dotato di supporto per stampante;
  - dotato di ruote piroettanti con freno;
- 4) Dotato di stampante termica medica b/n;
- 5) Almeno 4 trasduttori collegabili contemporaneamente;
- 6) Apparecchiatura certificata secondo il Regolamento UE 2017/745 (o la Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii.);

### Caratteristiche applicative e operative

- 7) Funzioni e comandi in lingua italiana;
- 8) Modalità di lavoro:
  - B-Mode;
  - M-Mode;
  - Doppler Pulsato (PW);
  - Doppler Continuo (CW);
  - Color Doppler (CFM);
  - Power Doppler (PD);
  - Duplex Mode;
  - Triplex Mode in real time;
  - Doppia immagine (anche in real time);
  - Imaging tissutale in seconda armonica (THI);
- 9) Modulo 3D ad acquisizione automatica per sonde endocavitarie;
- 10) Software per calcoli e misure in 2D e 3D;
- 11) Software da installare su pc per l'elaborazione delle immagini e dei volumi acquisiti con la sonda endocavitaria (indicare le caratteristiche minime del pc);
- 12) Licenze per applicazioni, calcoli e preset per esami addominali, vascolari, muscoloscheletrici, small parts e pavimento pelvico;



### Caratteristiche informatiche

- 13) Sistema operativo di ultima generazione;
- 14) Sistema di archiviazione su hard disk integrato con possibilità di esportazione su supporto CD/DVD e mediante porta USB;
- 15) Dotato di almeno una presa dati RJ45;
- 16) Interoperabilità con i sistemi informativi ospedalieri mediante utilizzo di standard di comunicazione (HL7 e DICOM);

### Sonde

Deve essere prevista la fornitura delle seguenti sonde elettroniche a larga banda e multifrequenza:

- 17) sonda convex da 2 a 6 MHz con comandi integrati;
- 18) sonda lineare da 3 a 14 MHz con comandi integrati;
- 19) sonda endocavitaria da 3 a 20 MHz per uso endorettale a 360° e imaging 3D integrato;

Le sonde devono essere lavabili, disinfettabili e sterilizzabili (indicare modalità di sterilizzazione per ogni sonda).

Inoltre, deve essere garantita la possibilità di aggiornare in futuro l'ecografo, rendendolo idoneo all'utilizzo per applicazioni intraoperatorie anche mediante la fornitura di una sonda laparoscopica.

### Accessori

L'apparecchiatura deve essere completa di tutti i cavi e gli accessori necessari per il normale e corretto utilizzo, ed in particolare:

- 20) supporto e coprisonda per sonda endocavitaria.

## **2. IMPORTO STIMATO DELLA FORNITURA**

Si evidenzia che l'importo stimato per la fornitura di n°1 ecotomografo per l'esecuzione di ecografie endorettali, comprensivo di manutenzione full-risk di 12 mesi, da destinare al reparto di Chirurgia del P.O. di Melzo è pari ad € 80.000 oltre Iva.

## **3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE**

Tutti i soggetti interessati a concorrere alla presente procedura e in possesso dei requisiti, sono invitati a presentare:

- 1) apposita istanza di partecipazione alla procedura in oggetto compilando l'apposito modulo "istanza di partecipazione";
- 2) la seguente documentazione tecnica:
  - o Relazione tecnica in lingua italiana;



- Scheda tecnica dell'apparecchiatura offerta in lingua italiana;
- Manuale d'uso dell'apparecchiatura offerta in lingua italiana;
- Dicom Conformance Statement;
- Elenco di tutti i prodotti consumabili dedicati eventualmente necessari (codice, CND e Repertorio);
- Copia del certificato di conformità alle Direttive CEE.

Tale documentazione è da far pervenire, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, **entro e non oltre il 31.01.2025 alle ore 12:00, esclusivamente tramite piattaforma telematica SinTel.**

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Avviso, la manifestazione di interesse verrà respinta.

La presente rappresenta una semplice richiesta di Manifestazione di interesse, pertanto dal momento che la piattaforma telematica SinTel richiede obbligatoriamente l'inserimento di un valore economico, si precisa che in tale campo dovrà essere inserito un valore pari a 0,1 (valore simbolico di cui non si terrà conto).

Si precisa che in esito alla presente indagine di mercato l'ASST si riserva la facoltà di procedere con l'affidamento della fornitura oggetto della presente "consultazione" senza espletare successiva e separata procedura.

Il Direttore F.F.  
S.C. Gestione Acquisti  
(Dott.ssa Anna De Berti)

*Dirigente S.C. Gestione Acquisti: Dott.ssa Myriam Grilli*

*Pratica trattata da: dott.ssa Irene Silvia Peschiera – Tel: 02/98052675 irene.peschiera@asst-melegnano-martesana.it*

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)*

Sede Legale: ASST Melegnano e della Martesana  
Via Pandina,1 - 20070 Vizzolo Predabissi (MI) – Tel.0298051

Sede Operativa: Via G. Maestri, 2 - 20077 Melegnano  
e-mail: [gestioneacquisti@asst-melegnano-martesana.it](mailto:gestioneacquisti@asst-melegnano-martesana.it)  
Telefono: 02 98052252